

当社は、一般財団法人 日本品質保証機構により認証（J Q 0 3 0 8 0 2 4）を受けておりますので J I S マーク表示を行った圧力計の製造は可能です。

認証契約締結日 : 2008/07/16

認証の有効期限 : 2020/07/15

対応製品は以下の通りです。

J I S B 7 5 0 5 - 1 アネロイド型圧力計—第1部：ブルドン管圧力計

測定圧力による種類 : 圧力計, 真空計, 連成計

大きさによる種類 : 5 0 mm, 6 0 mm

認証製品の範囲（J I S B 7 5 0 5 - 1）

測定圧力による種類	大きさによる種類	用途条件	耐食性の有無	密閉性の有無	精度等級	形状の記号	圧力範囲
圧力計	50mm 及び 60mm	一般	無	無	2.5級	A D D2 D3 及び D4	最大 40 MPa
真空計	50mm 及び 60mm	一般	無	無	2.5級	A D D2 D3 及び D4	最大 -0.1 MPa
連成計	50mm 及び 60mm	一般	無	無	2.5級	A D D2 D3 及び D4	-0.1 ~ 2.5 MPa