

水銀の取扱い注意事項

組成及び成分情報

化学名又は一般名	含有量	化学式又は構造式	官報公示整理番号	Cas No
水銀	99.999%<	Hg	該当なし	7439-97-6

- ・取扱い時には局所排気を充分に行い吸入しないようにして下さい。
- ・容器からの出し入れ時逸脱しないようにして下さい。
- ・取扱い時には保護具を着用して下さい。
- ・取扱い後は手洗い、うがいを励行して下さい。
- ・漏出時の措置は、拭き取りなどできるだけ取り除き、残りは水で洗い流して下さい。
- ・直射日光、高温の場所を避け施錠できる冷暗所に保管して下さい。
- ・基準液柱型圧力計を廃棄する際は、本体ならびに容器等で水銀の付着したものは、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託して下さい。また、本体から抜き取った使用済みの水銀についても同様です。

誤って人体が汚染された場合は、以下の応急処置を施して下さい。

- 目に入った場合 : 直ちに多量の水で洗眼し、直ちに医師の手当てを受ける。
洗眼の際、眼やまぶたに残存しないように、まぶたを指でよく開き、眼球、まぶたの隅々まで水がよく行き渡るようにして洗浄する。
コンタクトレンズを使用している場合には、固着していない限り取り外して洗浄を続けること。
- 吸入した場合 : 鼻をかみ、うがいをさせる。大量に吸入した場合、空気の新鮮なところに移動させ、直ちに医師の診断を受ける。
- 誤飲した場合 : 水で口の中を洗浄し、直ちに医師の診断を受ける。

※特級 水銀 メーカー安全データシート (SDS) より引用